

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Balsas
Prefeitura Municipal de Balsas
Registro de Preços Eletrônico - 76/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
22/01/2024 16:00	07/02/2024 09:00	15/02/2024 23:59	20/02/2024 08:59	20/02/2024 09:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
24/01/2024 - 13:34:41	SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS - ITEM 2 - ANALISADOR BIOQUÍMICO	25/01/2024 - 09:02:09	Indeferido	Julgamento: ESCLARECIMENTOS.pdf

Embasamento: Gostaríamos de solicitar esclarecimentos em relação à capacidade do analisador bioquímico oferecido para o município. Observamos que a capacidade de 400 testes fotométricos por hora possui um custo estimado significativamente superior ao orçamento disponível. Diante disso, gostaríamos de propor a redução da capacidade para 300 testes fotométricos por hora, o que atenderia plenamente às necessidades do município.

Ressaltamos que a diferença de valor entre a capacidade de 400 e 300 testes por hora é substancial, e a capacidade reduzida ainda assim atenderia de forma eficaz à demanda local. Solicitamos, portanto, que seja considerada essa alteração na capacidade do equipamento, levando em conta a viabilidade financeira e a eficiência operacional.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e aguardamos os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Julgamento: Sr. Licitante.

Agradecemos a sugestão, contudo, a demanda do município é de veras elevada, razão pela qual fora solicitada o analisador constante no termo de referência.

Além do mais, todas as cotações obedeceram a especificação do analisador químico com capacidade de 400 testes.

Sendo assim, conforme consulta ao departamento responsável, será considerado o analisador químico descrito no termo de referência e edital.

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
14/02/2024 - 16:01:19	Solicitação de esclarecimentos - Item 2	16/02/2024 - 11:21:40

Dúvida: Sr. Pregoeiro, segue em anexo nossa solicitação de esclarecimentos referente ao item 2.

Resposta: O questionamento da referida empresa, já fora objeto, inclusive, de impugnação, que fora integralmente rejeitada. O item 2 questionado está correto, apenas atendendo a demanda do município o analisador bioquímico com capacidade de 400 testes.

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001

ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA - ANÁLISE DE NO MÍNIMO, 26 PARÂMETROS; REALIZANDO, NO MÍNIMO, OS SEGUINTE TESTES: CONTAGEM TOTAL DE LEUCÓCITOS, CONTAGEM TOTAL DE ERITRÓCITOS, LEITURA ESPECTROFOMÉTRICA DE HEMOGLOBINA (CIANOMETAHEMOGLOBINA), DETERMINAÇÃO HEMATÓCRITO, DETERMINAÇÃO DE VOLUME CORPUSCULAR MÉDIO, DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA, DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DA HEMOGLOBINA CORPUSCULAR MÉDIA, DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE ANISOCITOSE, CONTAGEM TOTAL DE PLAQUETAS, DETERMINAÇÃO DO VOLUME PLAQUETÁRIO MÉDIO, DETERMINAÇÃO DE PLAQUETÓCRITO, DETERMINAÇÃO DA AMPLITUDE DA DISTRIBUIÇÃO DE PLAQUETAS, CONTAGEM DE LINFÓCITOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE MONÓCITOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE MONÓCITOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE NEUTRÓFILOS (VALOR ABSOLUTO); CONTAGEM DE NEUTRÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE EOSINÓFILOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE EOSINÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE BASÓFILOS (VALOR ABSOLUTO, CONTAGEM DE BASÓFILOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS (VALOR ABSOLUTO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS ATÍPICOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS (VALOR ABSOLUTO); CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS (VALOR RELATIVO), SISTEMA: COMBINANDO IMPEDÂNCIA E CITOMETRIA DE FLUXO COMO PRINCÍPIOS DE MEDIDA. DOSAGEM DE HEMOGLOBINA: MÉTODO FOTOMÉTRICO. CAPACIDADE DE, NO MÍNIMO, 90 AMOSTRAS/HORA. ANÁLISE DE AMOSTRAS EM TUBOS ABERTOS COM ASPIRAÇÃO DE 30ML. OU MENOS. LIMPEZA AUTOMÁTICA DA AGULHA DE ASPIRAÇÃO. SELEÇÃO DE HISTOGRAMAS PARA OS PARÂMETROS. PROCEDIMENTO DE LIMPEZA E CALIBRAÇÃO TOTALMENTE AUTOMÁTICAS. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS: ALFANUMÉRICA, NUMÉRICA OU SEQUENCIAL. LIMITES DE PACIENTES PROGRAMÁVEIS. ALARMES PATOLÓGICOS SÉRIE VERMELHA, SÉRIE BRANCA E PLAQUETAS. ALARMES PARA FALHAS DE CONTAGEM. ACOMPANHA IMPRESSORA. INTERFACE RS 232 INCLUINDO GRÁFICOS E MATRIZ. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.

79.975,00

2 UND

Homologado



ANALISADOR BIOQUÍMICO - ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO, COM VELOCIDADE DE PIPETAGEM DE NO MÍNIMO 400 TESTES FOTOMÉTRICOS POR HORA OU MAIS; MÍNIMO DE 30 OU MAIS POSIÇÕES SIMULTÂNEAS COM REFRIGERAÇÃO PARA REAGENTES, COM CHAVE DE LIGA E DESLIGA SEPARADA, PERMITINDO DESLIGAR O EQUIPAMENTO E MANTER A REFRIGERAÇÃO DOS REAGENTES ATIVA; MÍNIMO DE 60 POSIÇÕES, OU MAIS, SIMULTÂNEAS, DE CUBETAS DE REAÇÃO; SISTEMA AUTOMÁTICO QUE LAVE E SEQUE AS CUBETAS DE INCUBAÇÃO PARA REAÇÃO; 40 OU MAIS POSIÇÕES SIMULTÂNEAS PARA AMOSTRAS DE PACIENTES, QUE POSSIBILITEM O USO DE MICRO TUBOS OU TUBOS PRIMÁRIOS PARA AMOSTRAS DE PACIENTES E OU CALIBRADORES E OU CONTROLES; DEVE POSSUIR SENSOR NA AGULHA PIPETADORA DE AMOSTRAS/REAGENTES, QUE INDIQUE COM ALERTA SONORO E EM TELA, NO CASO DE FALTA DE AMOSTRAS E OU DE FALTA DE REAGENTES; DEVERÁ ACEITAR AMOSTRAS DE URGÊNCIA PARA QUE, MESMO QUANDO HOUVER UMA ROTINA EM ANDAMENTO, O EQUIPAMENTO PRIORIZE A AMOSTRA DE URGÊNCIA, LIBERANDO O RESULTADO DESTA ASSIM QUE TERMINADO O TESTE E, POSTERIORMENTE, RETOMAR A ROTINA QUE ESTAVA EM ANDAMENTO, SEM DESCONTINUAR. TUDO DE FORMA AUTOMÁTICA; POSSUIR LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS EMBUTIDO (INTERNAMENTE), INCORPORADO AO ROTOR DE AMOSTRAS, PERMITINDO AO OPERADOR DO EQUIPAMENTO ADICIONAR TUBOS PRIMÁRIOS, EM ORDEM ALEATÓRIA. PERMITIR INTERFACEAMENTO COM O SOFTWARE OPERACIONAL DO LABORATÓRIO, UTILIZANDO O LEITOR INTERNO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AMOSTRAS; SOFTWARE OPERACIONAL EM PORTUGUÊS; SOFTWARE OPERACIONAL PARA DETERMINAR UMA PRÉ-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA DAS AMOSTRAS, CALIBRADORES OU CONTROLES A SEREM PROCESSADAS; SOFTWARE OPERACIONAL COM OPÇÃO PARA QUE SE DETERMINE UMA PÓS-DILUIÇÃO AUTOMÁTICA; SOFTWARE OPERACIONAL COM OPÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS E COMPLETO BANCO DE DADOS PARA CONTROLE DE QUALIDADE; POSSUIR FILTROS DE ONDA COM, PELO MENOS, 9 COMPRIMENTOS DE ONDA DIFERENTES, SENDO OBRIGATÓRIO ABRANGER O RANGE DE APROXIMADAMENTE 340 ATÉ 750 NM; SISTEMA TOTALMENTE ABERTO COM POSSIBILIDADE DE O USUÁ

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/01/2024 - 09:14	05 - EDITAL - EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO CDB.pdf
07/03/2024 - 10:04	PARECER JURÍDICO DE RECURSO.pdf
07/03/2024 - 10:04	DECISÃO DE RECURSO.pdf
07/03/2024 - 10:09	DECISÃO DE RECURSO.pdf
13/03/2024 - 11:08	Parecer Final - PE 76.2023.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
20/02/2024 - 09:53:06	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2024 - 09:53:06	Negociação aberta para o processo76/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 76/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/02/2024 - 10:56:42	Envio de Propostas Readequadas 76/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2024 às 12:56.
20/02/2024 - 10:57:25	Envio de Propostas Readequadas 76/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2024 às 12:57.
07/03/2024 - 10:13:16	Envio de Propostas Readequadas 76/2023	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 07/03/2024 às 12:13.



Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	<p>Analizador automático para Hematologia - Análise de no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Sistema: Combinando Impedância e Citometria de Fluxo como princípios de medida. Dosagem de hemoglobina: método fotométrico. Capacidade de, no mínimo, 90 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 30µl, ou menos. Limpeza automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas para os parâmetros. Procedimento de limpeza e calibração totalmente automáticas. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.</p>	<p>AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI</p>	S-5	SINSENG/SINSENG	55.900,00	2	111.800,00



0002	<p>Analizador Bioquímico - Analizador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 400 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuá</p>	<p>AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI</p>	SX-260	SINNOWA/SINNOWA	96.100,00	2	192.200,00
------	---	---	--------	-----------------	-----------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE	DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE	DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO E/OU UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILIT	DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Analisador automático para Hematologia - Análise de no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematócrito, Determinação de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Sistema: Combinando Impedância e Citometria de Fluxo como princípios de medida. Dosagem de hemoglobina: método fotométrico. Capacidade de, no mínimo, 90 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 30µl, ou menos. Limpeza automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas para os parâmetros. Procedimento de limpeza e calibração totalmente automáticas. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34.700.478/0001-46	15/02/2024 - 11:44:13	S-5	SINSENG/SINSENG	2	R\$79.900,00	R\$ 159.800,00	Sim
HABX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS LTDA-ME	28.767.124/0001-16	15/02/2024 - 13:51:52	DYMIND/MAXCELL 500 D	DYMIND/MAXCELL 500 D	2	R\$97.633,20	R\$ 195.266,40	Sim
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	30.249.069/0001-14	19/02/2024 - 09:29:06	BCELMAX-300	BENFER	2	R\$79.900,00	R\$ 159.800,00	Não
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA*	37.122.230/0001-33	19/02/2024 - 13:47:39	URIT 5380	MHLAB	2	R\$200.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
Prof-Lab Comercio e Representacoes Ltda*	05.130.511/0001-41	19/02/2024 - 15:10:25	ANALISADOR HEMATOLÓGICO EB7600	EBRAM	2	R\$136.000,00	R\$ 272.000,00	Não
QLX DIAGNOSTICOS LTDA	38.030.634/0001-60	19/02/2024 - 16:44:27	HMG-51	Rayto / Rayto	2	R\$79.000,00	R\$ 158.000,00	Sim



EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10.820.441/0001-93	19/02/2024 - 20:29:04	PE-6800 Plus	PROKAN	2	R\$79.975,00	R\$ 159.950,00	Sim
CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA*	07.580.887/0001-83	20/02/2024 - 06:29:05	Analizador para Hematologia BC600	Mindray	2	R\$186.683,00	R\$ 373.366,00	Não

0002 - Analisador Bioquímico - Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 400 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuá

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34.700.478/0001-46	15/02/2024 - 16:13:37	SX-260	SINNOWA/SINNOWA	2	R\$99.300,00	R\$ 198.600,00	Sim
HABX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS LTDA-ME*	28.767.124/0001-16	15/02/2024 - 13:52:17	VIDA	VIDA	2	R\$175.523,66	R\$ 351.047,32	Sim
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA*	37.122.230/0001-33	19/02/2024 - 13:47:57	URIT 8460	MHLAB	2	R\$200.000,00	R\$ 400.000,00	Sim
Prof-Lab Comercio e Representacoes Ltda	05.130.511/0001-41	19/02/2024 - 15:11:34	ANALISADOR AUTOMÁTICO BIOQUÍMICO EBIO400	EBRAM	2	R\$136.000,00	R\$ 272.000,00	Não
QLX DIAGNOSTICOS LTDA	38.030.634/0001-60	19/02/2024 - 16:47:24	B400	BioBase / BIOBASE BIODUSTRY	2	R\$99.000,00	R\$ 198.000,00	Sim
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10.820.441/0001-93	19/02/2024 - 20:29:04	SX-160	SINNOWA	2	R\$99.322,22	R\$ 198.644,44	Sim
CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA*	07.580.887/0001-83	20/02/2024 - 06:30:14	Analizador Bioquímico BS-430	Mindray	2	R\$259.753,80	R\$ 519.507,60	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Prof-Lab Comercio e Representacoes Ltda	05.130.511/0001-41	60 dias
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	34.700.478/0001-46	60 dias
BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	30.249.069/0001-14	60 dias
DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	37.122.230/0001-33	180 dias
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	10.820.441/0001-93	60 dias
HABX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS LTDA-ME	28.767.124/0001-16	60 dias
CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	07.580.887/0001-83	60 dias
QLX DIAGNOSTICOS LTDA	38.030.634/0001-60	60 dias

Lances Enviados

0001 - Analisador automático para Hematologia - Análise de no mínimo, 26 parâmetros; Realizando, no mínimo, os seguintes testes: contagem total de leucócitos, Contagem total de eritrócitos, Leitura espectrofométrica de hemoglobina (cianometahemoglobina), Determinação hematócrito, Determinação



de volume corpuscular médio, Determinação da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação da Concentração da Hemoglobina Corpuscular Média, Determinação do Índice de Anisocitose, Contagem total de plaquetas, Determinação do volume plaquetário médio, Determinação de plaquetócrito, Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas, Contagem de linfócitos (valor absoluto), Contagem de linfócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor relativo), Contagem de monócitos (valor absoluto), Contagem de neutrófilos (valor absoluto); Contagem de neutrófilos (valor relativo), Contagem de eosinófilos (valor absoluto), Contagem de eosinófilos (valor relativo), Contagem de basófilos (valor absoluto, Contagem de basófilos (valor relativo), Contagem de linfócitos atípicos (valor absoluto), Contagem de linfócitos atípicos (valor relativo), Contagem de grandes células imaturas (valor absoluto); Contagem de grandes células imaturas (valor relativo). Sistema: Combinando Impedância e Citometria de Fluxo como princípios de medida. Dosagem de hemoglobina: método fotométrico. Capacidade de, no mínimo, 90 amostras/hora. Análise de amostras em tubos abertos com aspiração de 30µl, ou menos. Limpeza automática da agulha de aspiração. Seleção de histogramas para os parâmetros. Procedimento de limpeza e calibração totalmente automáticas. Identificação de amostras: alfanumérica, numérica ou sequencial. Limites de pacientes programáveis. Alarmes patológicos série vermelha, série branca e plaquetas. Alarmes para falhas de contagem. Acompanha impressora. Interface RS 232 incluindo gráficos e matriz. Leitor de código de barras. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.

Data	Valor	CNPJ	Situação
15/02/2024 - 11:44:13	79.900,00 (proposta)	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
15/02/2024 - 13:51:52	97.633,20 (proposta)	28.767.124/0001-16 - HABX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS LTDA-ME	Válido
19/02/2024 - 09:29:06	79.900,00 (proposta)	30.249.069/0001-14 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
19/02/2024 - 13:47:39	200.000,00 (proposta)	37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Proposta manifestamente inexequível.
19/02/2024 - 15:10:25	136.000,00 (proposta)	05.130.511/0001-41 - Prof-Lab Comercio e Representacoes Ltda	Cancelado - Proposta manifestamente inexequível.
19/02/2024 - 16:44:27	79.000,00 (proposta)	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
19/02/2024 - 20:29:04	79.975,00 (proposta)	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 06:29:05	186.683,00 (proposta)	07.580.887/0001-83 - CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta manifestamente inexequível.
20/02/2024 - 09:08:22	78.999,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:08:39	78.500,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:08:52	78.000,00	30.249.069/0001-14 - BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:09:31	77.500,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:12:00	77.499,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:12:13	77.000,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:13:51	76.900,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:14:11	76.899,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:14:29	76.800,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:15:03	76.799,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:15:08	72.800,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:15:31	72.799,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:16:02	72.700,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido



20/02/2024 - 09:16:05	69.000,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:16:15	72.699,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:16:34	68.999,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:17:06	68.900,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:17:30	68.899,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:17:51	68.800,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:18:04	68.799,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:18:07	65.000,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:18:41	64.900,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:19:02	64.999,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:19:15	64.899,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:19:52	64.800,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:20:29	64.799,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:20:56	64.000,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:21:00	64.700,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:21:15	63.900,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:21:32	63.500,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:21:35	63.899,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:21:44	63.400,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:21:49	56.062,47	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:22:00	63.000,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:22:47	56.000,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:23:00	59.000,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:24:43	55.982,50	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:24:56	55.900,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido

0002 - Analisador Bioquímico - Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 400 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuá



Data	Valor	CNPJ	Situação
15/02/2024 - 13:52:17	175.523,66 (proposta)	28.767.124/0001-16 - HABX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE HOSPITAIS E LABORATÓRIOS LTDA-ME	Cancelado - Proposta manifestamente inexequível.
15/02/2024 - 16:13:37	99.300,00 (proposta)	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
19/02/2024 - 13:47:57	200.000,00 (proposta)	37.122.230/0001-33 - DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	Cancelado - Proposta manifestamente inexequível.
19/02/2024 - 15:11:34	136.000,00 (proposta)	05.130.511/0001-41 - Prof-Lab Comercio e Representacoes Ltda	Válido
19/02/2024 - 16:47:24	99.000,00 (proposta)	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
19/02/2024 - 20:29:04	99.322,22 (proposta)	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 06:30:14	259.753,80 (proposta)	07.580.887/0001-83 - CIASAUDE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Proposta manifestamente inexequível.
20/02/2024 - 09:09:20	98.999,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:09:49	98.000,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:13:55	97.999,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:13:58	97.900,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:14:27	97.899,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:14:35	97.800,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:15:15	97.799,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:15:41	97.500,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:16:04	97.499,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:16:23	97.000,00	38.030.634/0001-60 - QLX DIAGNOSTICOS LTDA	Válido
20/02/2024 - 09:16:26	97.400,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:17:09	96.999,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:17:19	96.900,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:17:53	96.899,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:18:14	96.800,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:18:29	96.799,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:18:47	96.700,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:19:46	96.699,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:20:00	96.600,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:20:49	96.599,90	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:21:08	96.500,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:22:05	69.624,87	10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Cancelado - Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema. 07/03/2024 10:11:24
20/02/2024 - 09:22:40	96.400,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido



20/02/2024 - 09:23:36	96.390,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:24:12	96.380,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:25:13	96.370,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:26:08	96.360,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:26:43	96.350,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:27:32	96.340,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:28:20	96.330,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:29:14	96.320,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:30:18	96.310,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:30:54	96.300,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:31:39	96.290,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:32:25	96.280,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:33:17	96.270,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido
20/02/2024 - 09:34:48	96.100,00	34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	15/02/2024 - 16:14	NATALIA BERNICHI GANDINI BIANCO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	19/02/2024 - 20:25	Ronald Penha Silva	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



Item 0002 - Analisador Bioquímico - Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 400 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuá

Desclassificação: Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/03/2024 - 11:19	23/02/2024 - 18:00	28/02/2024 - 18:00

0002 - Analisador Bioquímico - Analisador automático bioquímico, com velocidade de pipetagem de no mínimo 400 testes fotométricos por hora ou mais; Mínimo de 30 ou mais posições simultâneas com refrigeração para reagentes, com chave de liga e desliga separada, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa; Mínimo de 60 posições, ou mais, simultâneas, de cubetas de reação; Sistema automático que lave e seque as cubetas de incubação para reação; 40 ou mais posições simultâneas para amostras de pacientes, que possibilitem o uso de micro tubos ou tubos primários para amostras de pacientes e ou calibradores e ou controles; Deve possuir sensor na agulha pipetadora de amostras/reagentes, que indique com alerta sonoro e em tela, no caso de falta de amostras e ou de falta de reagentes; Deverá aceitar amostras de urgência para que, mesmo quando houver uma rotina em andamento, o equipamento priorize a amostra de urgência, liberando o resultado desta assim que terminado o teste e, posteriormente, retomar a rotina que estava em andamento, sem descontinuar. Tudo de forma automática; Possuir Leitor de código de barras embutido (internamente), incorporado ao rotor de amostras, permitindo ao operador do equipamento adicionar tubos primários, em ordem aleatória. Permitir interfaceamento com o software operacional do laboratório, utilizando o leitor interno de código de barras para amostras; Software operacional em português; Software operacional para determinar uma pré-diluição automática das amostras, calibradores ou controles a serem processadas; Software operacional com opção para que se determine uma pós-diluição automática; Software operacional com opção de Armazenamento de resultados de exames realizados e completo banco de dados para controle de qualidade; Possuir filtros de onda com, pelo menos, 9 comprimentos de onda diferentes, sendo obrigatório abranger o range de aproximadamente 340 até 750 nm; Sistema totalmente aberto com possibilidade de o usuá

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
34.700.478/0001-46 - AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI	23/02/2024 - 08:07:53	Sr. Pregoeiro, segue em anexo nossa interposição de recurso. Sds INTERPOSICAO DE RECURSO - ITEM 2.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
10.820.441/0001-93 - EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	28/02/2024 - 14:23:35	Segue em anexo nossa contrarrazões CONTRARRAZÕES.zip.	Indeferido

Chat

Data	Apelido	Frase
25/01/2024 - 09:02:09	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (ESCLARECIMENTOS.pdf) em 25/01/2024 às 09:02.
20/02/2024 - 09:01:09	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes. Declaro o PE SRP 76/2023 aberto, iniciaremos análises das propostas iniciais. Por gentileza, permaneçam logados.
20/02/2024 - 09:01:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/02/2024 - 09:02:14	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 186683,00 cancelada pelo Pregoeiro.
20/02/2024 - 09:02:14	Sistema	Motivo: Proposta manifestamente inexequível.
20/02/2024 - 09:02:51	Sistema	O item 0002 teve uma proposta de R\$ 175523,66 cancelada pelo Pregoeiro.
20/02/2024 - 09:02:51	Sistema	Motivo: Proposta manifestamente inexequível.
20/02/2024 - 09:03:05	Sistema	O item 0002 teve uma proposta de R\$ 200000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
20/02/2024 - 09:03:05	Sistema	Motivo: Proposta manifestamente inexequível.
20/02/2024 - 09:03:22	Sistema	O item 0002 teve uma proposta de R\$ 259753,80 cancelada pelo Pregoeiro.
20/02/2024 - 09:03:22	Sistema	Motivo: Proposta manifestamente inexequível.
20/02/2024 - 09:03:42	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 200000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
20/02/2024 - 09:03:42	Sistema	Motivo: Proposta manifestamente inexequível.
20/02/2024 - 09:03:49	Sistema	O item 0001 teve uma proposta de R\$ 136000,00 cancelada pelo Pregoeiro.
20/02/2024 - 09:03:49	Sistema	Motivo: Proposta manifestamente inexequível.
20/02/2024 - 09:04:49	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/02/2024 - 09:04:49	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/02/2024 - 09:04:49	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/02/2024 - 09:04:49	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/02/2024 - 09:05:17	Pregoeiro	Atenção!!! Senhores licitantes, ao item 9.3.2. do ato convocatório (edital), senão vejamos: (...) O(a) pregoeiro(a) responsável pela condução do pregão, avaliará os preços ofertados e seus respectivos percentuais de descontos, e poderá, a seu critério, solicitar ao licitante vencedor a comprovação de preço dos valores ofertados, para que demonstre assim a sua exequibilidade, bem como, sua capacidade/viabilidade em executar o objeto dentro dos preços por este ofertado, visando afastar possíveis tentativas de fraude e protelação do certame, em conformidade ao Acórdão nº 287/2008 13 Plenário do TCU.
20/02/2024 - 09:05:32	Pregoeiro	Caros licitantes, iniciaremos a fase de lances. Por favor, lanceiem com responsabilidade. A Administração não aceitará preços inexequíveis.
20/02/2024 - 09:05:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
20/02/2024 - 09:05:48	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/02/2024 - 09:05:50	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
20/02/2024 - 09:05:50	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/02/2024 - 09:26:56	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/02/2024 - 09:36:49	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
20/02/2024 - 09:43:33	Sistema	O item 0001 teve como arrematante AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI - ME com lance de R\$ 55.900,00.
20/02/2024 - 09:43:33	Sistema	O item 0002 teve como arrematante EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA - ME com lance de R\$ 69.624,87.
20/02/2024 - 09:53:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:22 do dia 20/02/2024.
20/02/2024 - 09:53:06	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:22 do dia 20/02/2024.



20/02/2024 - 09:53:06	Sistema	Motivo: Tendo em vista o princípio da economicidade, há possibilidade de desconto?
20/02/2024 - 09:55:50	F. AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE A	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, já ofertamos nosso melhor valor na fase de lances.
20/02/2024 - 10:02:49	F. EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA	Negociação Item 0002: Bom dia, Dirijo-me ao(a) senhor(a) pregoeiro(a) para informar que apresentamos nossa proposta no valor mais vantajoso possível. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários
20/02/2024 - 10:56:42	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2024 às 12:56.
20/02/2024 - 10:57:25	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2024 às 12:57.
20/02/2024 - 10:57:47	Sistema	O fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
20/02/2024 - 11:09:07	Sistema	O fornecedor EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
20/02/2024 - 11:32:18	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
20/02/2024 - 11:32:18	Sistema	Motivo: Proposta readequada já enviada.
20/02/2024 - 11:32:50	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA foi encerrado pelo pregoeiro.
20/02/2024 - 11:32:50	Sistema	Motivo: Proposta readequada já enviada.
20/02/2024 - 11:33:43	Pregoeiro	Declaro as propostas readequadas classificadas.
20/02/2024 - 11:34:23	Pregoeiro	Passaremos a análise dos documentos de habilitação. Por favor permaneçam logados.
20/02/2024 - 12:05:27	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI.
20/02/2024 - 12:05:40	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA.
20/02/2024 - 12:05:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2024 às 12:25.
20/02/2024 - 12:05:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 20/02/2024 às 12:25.
20/02/2024 - 12:22:06	Sistema	O fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
20/02/2024 - 12:22:49	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
20/02/2024 - 12:22:49	Sistema	Intenção: SR PREGOEIRO, MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE INTERPOR RECURSO POIS O EQUIPAMENTO OFERTADO NÃO ATENDE A VELOCIDADE EXIGIDA NO DESCRITIVO DE 400 TESTE/HORA.
20/02/2024 - 12:29:17	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 23/02/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 28/02/2024 às 18:00.
20/02/2024 - 12:30:51	Pregoeiro	Tendo em vista a apresentação de intenção recursal, declaramos a sessão suspensa ficando marcado a reabertura para 07/03/2024 às 10hrs:00min para decisão do recurso. Até breve.
23/02/2024 - 08:07:53	Sistema	O fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI - ME enviou recurso para o item 0002.
28/02/2024 - 14:23:35	Sistema	O fornecedor EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0002.
07/03/2024 - 10:02:35	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes.
07/03/2024 - 10:03:40	Pregoeiro	Iremos dar prosseguimento ao certame obedecendo aos ditames do parecer jurídico e decisão recursais que será adiante juntado ao sistema.
07/03/2024 - 10:04:39	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER JURÍDICO DE RECURSO.pdf) em 07/03/2024 às 10:04.
07/03/2024 - 10:04:56	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO DE RECURSO.pdf) em 07/03/2024 às 10:04.
07/03/2024 - 10:09:50	Sistema	A fase recursal do item 0002 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
07/03/2024 - 10:09:50	Sistema	Motivo: Conforme decisão da autoridade competente em anexo, neste ato revejo o ato praticado, retornando o processo à fase de habilitação, bem como procedendo com a desclassificação da recorrida, como determinado.
07/03/2024 - 10:10:26	Sistema	A habilitação do item 0002 foi revertida.
07/03/2024 - 10:10:26	Sistema	Motivo: Conforme determinado na decisão da autoridade competente.
07/03/2024 - 10:11:24	Sistema	O fornecedor EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
07/03/2024 - 10:11:24	Sistema	Motivo: Conforme decisão da autoridade competente e parecer jurídico já anexado ao sistema.
07/03/2024 - 10:11:24	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI com lance de R\$ 96.100,00.
07/03/2024 - 10:13:16	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 07/03/2024 às 12:13.
07/03/2024 - 10:28:45	Sistema	O fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.
07/03/2024 - 10:56:57	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
07/03/2024 - 10:56:57	Sistema	Motivo: Proposta readequada já enviada
07/03/2024 - 10:57:13	Pregoeiro	Declaro a proposta readequada classificada.
07/03/2024 - 10:58:48	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI.
07/03/2024 - 10:59:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 07/03/2024 às 11:19.
07/03/2024 - 11:38:07	Pregoeiro	O processo será finalizado, adjudicado e encaminhado para parecer final à PGM para posterior homologação. Obrigado a todos pela participação.



07/03/2024 - 11:38:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
07/03/2024 - 11:38:38	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por DIOGO ROSSI LIMA NOGUEIRA.
07/03/2024 - 11:39:37	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por CAMILA FERREIRA COSTA.
13/03/2024 - 11:08:35	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Parecer Final - PE 76.2023.pdf) em 13/03/2024 às 11:08.
13/03/2024 - 11:08:53	Sistema	O Item 0001 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.
13/03/2024 - 11:08:53	Sistema	O Item 0002 foi homologado por CAMILA FERREIRA COSTA.

DIOGO ROSSI LIMA NOGUEIRA

Pregoeiro

CAMILA FERREIRA COSTA

Autoridade Competente

Elisângela Sousa da Silva

Apoio

Taiany Santos Carvalho

Apoio

