
Segue solicitação de cotação de preços, referente serviços de locação de analisador hematológico para atender a grande demanda do Centro de Diagnóstico.

1 mensagem

Departamento de Compras Balsas <setordecompras.balsas@gmail.com>

23 de fevereiro de 2024 às 16:09

Para: licitacao@diaggoias.com.br, licitacoes@masterdiagnostica.com.br, horebediagnostica@gmail.com

Boa tarde!!!

Segue solicitação de cotação de preços, referente serviços de locação de analisador hematológico para atender a grande demanda do Centro de Diagnóstico do Município de Balsas-MA.

Prefeitura Municipal de Balsas - MA

CNPJ Nº 06.441.430/0001-25

IE Nº 122.219.694


Departamento de Compras

Tel.: (99) 3541-2261 / 3541-2197



COTAÇÃO - LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLÓGICO - 2024.xlsx

11K



HOREBE DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ : 40.393.432/0001-24

TELEFONE: (63) 3217-6170 / (63) 98449-8535

ENDEREÇO: 103 SUL, RUA SO – 11 CONJ. 04, LOTE 13, SALA 04, N° 30

PALMAS – TO

CEP: 77.015-034

Palmas – Tocantins, 21 de Fevereiro de 2024

AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS

CNPJ: 11.236.050/0001-99


RUA PADRE FRANCO, N° 405, LOTE 02, QUADRA 69, 2° ANDAR, SALA 202

CEP: 65800-000

BALSAS - MARANHÃO

PROPOSTA COMERCIAL DE LOCAÇÃO POR HEMOGRAMA

ITEM	APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE
01	ANALISADOR HEMATOLÓGICO DE 5 PARTES ERBA H560 O analisador hematológico Erba H560 de 5 partes utiliza o método de impedância elétrica para contagem total de células e citometria de fluxo (laser) para contagem diferencial de leucócitos. É capaz de avaliar 32 parâmetros, fornecendo ainda histogramas e gráficos de dispersão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODOS ANALÍTICOS Manual, Pré-diluido, Capilar PARÂMETROS TOTAIS 32: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, Neu#,	01 UND



Lym#, Mon#, Eos#, Bas#,
ALY%*, LIC%*, ALY#*, LIC#*,
NRBC%*, NRBC#*

PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO

RBC/PLT/WBC: Impedância Elétrica
DIFF: Citometria de fluxo e Laser
de três ângulos
HGB: Colorimetria sem cianeto
MCV: Medido
HCT: Calculado

GRÁFICOS

3 Histogramas (WBC/RBC/PLT)
14 Gráficos de dispersão
(DIFF x3, BASO)

VOLUME DE AMOSTRA

Sangue Total: 15 µL
Apenas CBC: 11 µL
Pré-diluído: 20 µL
Capilar: 20 µL

INTERVALO DE LINEARIDADE

WBC ($\times 10^9/L$): 0-300
RBC ($\times 10^{12}/L$): 0.00-8.50
Hb (g/dL): 0 - 25.0
HCT (%): 0 - 67
PLT ($\times 10^9/L$): 0-3000

CALIBRADOR

ELite H Cal (3mL)
Estabilidade do Frasco Aberto
de 2 a 8°C: 7 Dias

CONTROLE DE TRÊS NÍVEIS

Erba H5 CON L, N, H (3mL)
Estabilidade do Frasco Aberto
de 2 a 8°C: 14 Dias



CICLO COMPLETO Até 60 testes/hora QC (L-J, X-BAR) Sim ARMAZENAMENTO DE DADOS 50.000 Resultados com Gráficos DIMENSÕES (MM) 364 x 498 x 431 PESO (KG) 26,5 REAGENTE Erba Dil (20L) Erba H560 Lyse 1 (200mL) Erba H560 Lyse 2 (500mL) Elite H Clean (50mL) INTERFACES 4 USB + 1 Porta LAN AMBIENTE OPERACIONAL 15-30°C Pressão Atmosférica 70kPa~106kPa REQUISITOS DE ENERGIA A.C.100-240V; 50/60 Hz; ≤200VA ESPECIFICAÇÕES DO INSTRUMENTO Analisador de 5 partes/32 parâmetros/até 60 amostras por hora	
--	--

PRINCÍPIO DOS TESTES

Impedância elétrica/citometria de fluxo/colorimetria
(hemoglobina)


DIMENSÕES

36,4cm x 49,8cm x 43,1cm

PESO

26,5 Kg

MARCA: ERBA MANNHEIM



HOREBE DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ: 40.393.432/0001-24

Silas Felipe Assunção

DIRETOR COMERCIAL

HOREBE DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA CNPJ: 40.393.432/0001-24

ENDEREÇO: 103 SUL RUA SO-11 CONJUNTO 04 LOTE 13 Nº 30 SALA 105 – PALMAS/TO CEP: 77.015-034

TEL/FAX: (63) 98449-8535 (63) 3217-6170 EMAIL: horebediagnostica@gmail.com



CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

Valor do hemograma por teste	R\$ 3,75
------------------------------	----------

- Quantidade mínima de hemogramas por mês: 2.500 (Dois mil e quinhentos) testes;
- Prazo do contrato é de doze(12) meses;
- Analisador hematológico de 5 partes totalmente automatizado H-560 Erba Mannheim **(equipamento em estado de novo)**, manutenção e peças inclusos durante a vigência do contrato;
- Instalação, treinamento e frete inclusos;
- Validade da proposta: 60 dias
- Condição de entrega do equipamento: Imediato.

HOREBE DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA

CNPJ:40.393.432/0001-24

Silas Felipe Assunção

DIRETOR COMERCIAL



SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.137.950/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.121.970-9

Goiânia, 26 de fevereiro de 2024

À Prefeitura de Balsas - Maranhão
Fundo Municipal de Saúde de Balsas
CPF: 11.236.050/0001-99

Ref: Proposta Comercial de Aquisição Analisador Hematológico de 05 partes H560 - ERBA

O analisador hematológico Erba H560 de 5 partes utiliza o método de impedância elétrica para contagem total de células e citometria de fluxo (laser) para contagem diferencial de leucócitos. É capaz de avaliar 32 parâmetros, fornecendo ainda histogramas e gráficos de dispersão.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE
01	ANALISADOR HEMATOLÓGICO DE 5 PARTES ERBA H560 O analisador hematológico Erba H560 de 5 partes utiliza o método de impedância elétrica para contagem total de células e citometria de fluxo (laser) para contagem diferencial de leucócitos. É capaz de avaliar 32 parâmetros, fornecendo ainda histogramas e gráficos de dispersão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODOS ANALÍTICOS Manual, Pré-diluído, Capilar PARÂMETROS TOTAIS 32: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, ALY%*, LIC%*, ALY#*, LIC#*, NRBC%*, NRBC#* PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO RBC/PLT/WBC: Impedância Elétrica DIFF: Citometria de fluxo e Laser de três ângulos HGB: Colorimetria sem cianeto MCV: Medido HCT: Calculado	01 UND

**SOCRAM**

SOCRAM MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.137.950/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.121.970-9

GRÁFICOS

3 Histogramas (WBC/RBC/PLT)
14 Gráficos de dispersão
(DIFF x3, BASO)

VOLUME DE AMOSTRA

Sangue Total: 15 µL
Apenas CBC: 11 µL
Pré-diluído: 20 µL
Capilar: 20 µL

INTERVALO DE LINEARIDADE

WBC ($\times 10^9/L$): 0-300
RBC ($\times 10^{12}/L$): 0.00-8.50
Hb (g/dL): 0 - 25.0
HCT (%): 0 - 67
PLT ($\times 10^9/L$): 0-3000

CALIBRADOR

ELite H Cal (3mL)
Estabilidade do Frasco Aberto
de 2 a 8°C: 7 Dias

CONTROLE DE TRÊS NÍVEIS

Erba H5 CON L, N, H (3mL)
Estabilidade do Frasco Aberto
de 2 a 8°C: 14 Dias

CICLO COMPLETO

Até 60 testes/hora

QC (L-J, X-BAR)

Sim

ARMAZENAMENTO DE DADOS

50.000 Resultados com Gráficos

DIMENSÕES (MM)

364 x 498 x 431

PESO (KG)

26,5

REAGENTE

Erba Dil (20L)
Erba H560 Lyse 1 (200mL)



SOCRAM

SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.137.950/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.121.970-9

Erba H560 Lyse 2 (500mL)
Elite H Clean (50mL)

INTERFACES

4 USB + 1 Porta LAN

AMBIENTE OPERACIONAL

15-30°C

Pressão Atmosférica

70kPa~106kPa

REQUISITOS DE ENERGIA

A.C.100-240V; 50/60 Hz;

≤200VA

ESPECIFICAÇÕES DO INSTRUMENTO

Analizador de 5 partes/32 parâmetros/até 60 amostras por hora

PRINCÍPIO DOS TESTES

Impedância elétrica/citometria de fluxo/colorimetria (hemoglobina)


DIMENSÕES

36,4cm x 49,8cm x 43,1cm

PESO

26,5 Kg

MARCA: ERBA MANNHEIM



Avenida Castelo Branco, n.º 1097 – Setor Coimbra – Goiânia – Goiás – CEP: 74.533-010.

site: vendas@socram.com.br

Telefax.: +55 (62) 3946.4866



SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 00.137.950/0001-62 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.121.970-9

Condições Gerais:

- Valor do hemograma por teste é de R\$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos).
- Quantidade mínima de hemogramas por mês: 3.500 (três mil e quinhentos) testes;
- Analisador hematológico de 5 partes totalmente automatizado H-560 Erba Mannheim (equipamento em estado de novo), manutenção e peças inclusas durante a vigência do contrato;
- Instalação, treinamento e frete inclusos
- Condição de entrega do equipamento: 30 dias

Atenciosamente,

Ana Clara Santos

Coordenadora de Licitações

Socram Máq. Apar. e Equipamentos Ltda

licitacao2@socram.com.br

00.137.950/0001-62

SOCRAM MAQ. APARELHOS
E EQUIPAMENTOS LTDA

Av Castelo Branco nº 1097

Setor Coimbra

Cep 74.533-010

GOIÂNIA - GO

Avenida Castelo Branco, n.º 1097 – Setor Coimbra – Goiânia – Goiás – CEP: 74.533-010.

site: vendas@socram.com.br

Telefax.: +55 (62) 3946.4866



MASTER
DIAGNÓSTICA

R. Pereira Jácome, 26 - Mooca

03181-080 - São Paulo/SP

T II 2084 5454

vendas@masterdiagnostica.com.br

www.masterdiagnostica.com.br

PROPOSTA COMERCIAL DE LOCAÇÃO POR HEMOGRAMA

RAZÃO SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALSAS
CNPJ	11.236.050/0001-99
ENDEREÇO	RUA PADRE FRANCO, N° 405, LOTE 02, QUADRA 69, 2° ANDAR, SALA 202 CEP: 65800-000 BALSAS - MARANHÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE
01	ANALISADOR HEMATOLÓGICO DE 5 PARTES ERBA H560 O analisador hematológico Erba H560 de 5 partes utiliza o método de impedância elétrica para contagem total de células e citometria de fluxo (laser) para contagem diferencial de leucócitos. É capaz de avaliar 32 parâmetros, fornecendo ainda histogramas e gráficos de dispersão. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MODOS ANALÍTICOS Manual, Pré-diluído, Capilar PARÂMETROS TOTAIS 32: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, Neu#,	01 UND



MASTER
DIAGNÓSTICA

R. Pereira Jácume, 26 - Mooca
03181-080 - São Paulo/SP

T 11 2084 5454

vendas@masterdiagnostica.com.br

www.masterdiagnostica.com.br

Lym#, Mon#, Eos#, Bas#,
ALY%*, LIC%*, ALY#*, LIC#*,
NRBC%*, NRBC#*

PRINCÍPIOS DE MEDIÇÃO

RBC/PLT/WBC: Impedância Elétrica

DIFF: Citometria de fluxo e Laser
de três ângulos

HGB: Colorimetria sem cianeto

MCV: Medido

HCT: Calculado

GRÁFICOS

3 Histogramas (WBC/RBC/PLT)

14 Gráficos de dispersão
(DIFF x3, BASO)

VOLUME DE AMOSTRA

Sangue Total: 15 µL

Apenas CBC: 11 µL

Pré-diluído: 20 µL

Capilar: 20 µL

INTERVALO DE LINEARIDADE

WBC ($\times 10^9/L$): 0-300

RBC ($\times 10^{12}/L$): 0.00-8.50

Hb (g/dL): 0 - 25.0

HCT (%): 0 - 67

PLT ($\times 10^9/L$): 0-3000

CALIBRADOR

ELite H Cal (3mL)

Estabilidade do Frasco Aberto
de 2 a 8°C: 7 Dias

CONTROLE DE TRÊS NÍVEIS

Erba H5 CON L, N, H (3mL)

Estabilidade do Frasco Aberto
de 2 a 8°C: 14 Dias

CICLO COMPLETO

Até 60 testes/hora

QC (L-J, X-BAR)

Sim



MASTER
DIAGNÓSTICA

R. Pereira Jácome, 26 - Mooca
03181-080 - São Paulo/SP

T 11 2084 5454

vendas@masterdiagnostica.com.br

www.masterdiagnostica.com.br

ARMAZENAMENTO DE DADOS

50.000 Resultados com Gráficos

DIMENSÕES (MM)

364 x 498 x 431

PESO (KG)

26,5

REAGENTE

Erba Dil (20L)

Erba H560 Lyse 1 (200mL)

Erba H560 Lyse 2 (500mL)

Elite H Clean (50mL)

INTERFACES

4 USB + 1 Porta LAN

AMBIENTE OPERACIONAL

15-30°C

Pressão Atmosférica

70kPa~106kPa

REQUISITOS DE ENERGIA

A.C.100-240V; 50/60 Hz;

≤200VA

ESPECIFICAÇÕES DO INSTRUMENTO

Analizador de 5 partes/32 parâmetros/até 60 amostras por hora

PRINCÍPIO DOS TESTES

Impedância elétrica/citometria de fluxo/colorimetria (hemoglobina)

DIMENSÕES

36,4cm x 49,8cm x 43,1cm

PESO

26,5 Kg



MASTER
DIAGNÓSTICA


R. Pereira Jacome, 26 - Mooca
03181-080 - São Paulo/SP

T 11 2084 5454

vendas@masterdiagnostica.com.br

www.masterdiagnostica.com.br

MARCA: ERBA MANNHEIM





MASTER
DIAGNÓSTICA

R. Pereira Jácome, 26 - Mooca
03181-080 - São Paulo/SP

T. 11 2084 5454

vendas@masterdiagnostica.com.br

www.masterdiagnostica.com.br

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

Valor do hemograma por teste é de **R\$ 6,70** (Seis reais e setenta centavos).

- Quantidade mínima de hemogramas por mês:
3.000 (três mil) testes;
- Analisador hematológico de 5 partes totalmente
automatizado H-560 Erba Mannheim
(**equipamento em estado de novo**), manutenção
e peças inclusos durante a vigência do contrato;
- Instalação, treinamento e frete inclusos;
- Condição de entrega do equipamento: 30 dias.

Patricia Araujo
Supervisora de vendas



SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO PARA O CENTRO DIAGNÓSTICO DE BALSAS.

Departamento: Departamento de Compras

Relatório de Cotação: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO PARA O CENTRO DIAGNOSTICO DE BALSAS

Pesquisa realizada entre 16/02/2024 10:54:01 e 16/02/2024 10:56:16

Relatório gerado no dia 16/02/2024 11:25:44 (IP: 177.129.224.236)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021:

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços se materializa em documento que contenha: INC.V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO	2	1 Unidade	R\$ 6.952,54 (un)	-	R\$ 6.952,54	R\$ 6.952,54

Valor Global: R\$ 6.952,54

Detalhamento dos Itens

Item 1: LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO

Preço Estimado: R\$ 6.952,54 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 6.952,54 Média dos Preços Obtidos: R\$ 6.952,54

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 6.305,07

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
2 Batalhão Ferroviário

Objeto: Registro de preços para escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviço continuado com fornecimento de equipamento analisador automático para Bioquímica Clínica e Hematologia, a ser cedido em regime de locação e fornecimento de reagentes, calibradores, controles e insumos, para suprir as necessidades dos serviços do Laboratório de Análises Clínicas (LAC) do 2º Batalhão Ferroviário..

Descrição: Locação de equipamento de laboratório - Serviço de fornecimento de equipamento analisador automático para Hematologia

CatSer: 14206 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

Data: 30/10/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:432023 / UASG:160106

Lote/Item: 2/28

Ata: LinkAta

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.398.703/0001-97	LAB COMPRAS LTDA	R\$ 6.305,07
VENCEDOR		

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$ 7.600,00

Itm: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GRANDE DOURADOS

Objeto: Aquisição direta de contratação de serviços de locação de equipamento automatizados para realização dos exames em amostras humanas (Hemocultura e Microbiologia) da Unidade de Laboratório de Análises Clínicas e Análise Patológica, com fornecimento de insumos e reagentes, pelo prazo de 12 meses, prorrogáveis pelo prazo especificado em lei, para atendimento ao Hospital Universitário da Grande Dourados

Descrição: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMOCULTURA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TOTALMENTE AUTOMATIZADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 120 POSIÇÕES DE INCUBAÇÃO PARA FRASCOS. VISUALIZAÇÃO EM VISOR DE TODA A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA E CONDIÇÕES DE TODOS OS FRASCOS. NÃO DEVE POSSUIR UNIDADES DE VENTILAÇÃO DOS FRASCOS EVITANDO RISCOS DE AEROSSÓIS CONTAMINADOS. APRESENTAR SISTEMA DE LEITURA PARA DETECTAR A PRESENÇA DE CO2 PRODUZIDA PELOS MICRORGANISMOS. POSSUIR MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS AMOSTRAS DOS PACIENTES A CADA 10 MINUTOS COM DETECÇÃO DE POSITIVIDADE ATRAVÉS DE ALARME VISUAL E SONORO. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FRASCOS.

CatSer: 14206 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO

Data: 01/09/2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 4/2023 / UASG: 155016

Lote/Item: 5/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: UNIDADE

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.086.552/0001-15	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS E CORRELATOS LTDA	R\$ 7.600,00
VENCEDOR		





ATENÇÃO: O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais complementares, o Banco de Preços é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - ComprasNet

www.comprasgovernamentais.gov.br


Data: 14/11/2023 10:22:42

[Acessar a fonte aqui.](#)



MÉDIA DE VALORES				EMPRESAS			V. TOTAL MAIS BAIXO
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PARA LABORATÓRIO, ANALISADOR DE GASOMETRIA E ELETROLITOS EASYSTAT / MÉDICA, VISANDO ATENDER O CENTRO DE DIAGNÓSTICO - CDB DE BALSAS-MA.				HOREBE DIAGNÓSTI CA V. UNIT.	MASTER DIAGNÓSTI CA V. UNIT.	DIAGGIAIS DIAGNÓSTI CO V. UNIT.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. MESES				
	ANALISADOR DE GASOMETRIA E ELETROLITOS EASYSTAT / MEDICA PARÂMETROS DOSADOS: PH / PCO2 / PO2 / NA / K / CA / HEMATÓCRITO MAIS PARÂMETROS CALCULADOS: - Econômico, fácil de usar, com resultados rápidos e precisos de maneira econômica e eficiente. - Fácil manutenção	UNID.	10	5.000,00	8.000,00	6.500,00	50.000,00
VALOR TOTAL DA EMPRESA COM VALOR MAIS BAIXO: HOREBE DIAGNÓSTICA PRODUTOS LABORATORIAS LTDA							50.000,00

BALSAS-MA, 27 DE FEVEREIRO DE 2024


 Ariene Rêta de F. Araújo
 Diretora de Compras
 Prefeitura Mun. de Balsas